

Tympanoplastiekprothesen

Volledige prothesen, vaste lengte

Accessoires



TTP®-Tuebingen AERIAL Total



Duesseldorf AERIAL Total



MunichLMU AERIAL Total



MNP Malleus Notch Total



Regensburg Total



HEINZ KURZ GMBH
TUEBINGER STR. 3
72144 DUSSLINGEN
GERMANY

Inhoudsopgave

1 Over dit document	3	9 Mogelijke complicaties en bijwerkingen	7
1.1 Symboolverklaring	3	10 Combineren met andere procedures	7
1.2 Veiligheidsmarkeringen	4	11 Houdbaarheid en opslag	8
1.3 Aanvullende informatie	4	12 Herverwerking	8
1.4 Veiligheidsgerelateerde wijzigingen	4	13 Gebruiksaanwijzingen	8
2 Belangrijke veiligheidsmaatregelen	4	13.1 Benodigde uitrusting en materialen	8
3 Artikelnummers	4	13.2 Voorbereiding van de patiënt	8
4 Inhoud van de verpakking	4	13.3 De prothese kiezen	8
5 Verpakking en steriliteit	5	13.4 De prothese voorbereiden	9
6 Productbeschrijving	5	13.5 De prothese plaatsen	9
6.1 Algemene informatie	5	13.5.1 De prothese op de voetplaat van de stapes aanbrengen	9
6.2 Structuur en gebruik	5	13.5.2 De kopplaat met het trommelvlies/de malleussteel verbinden	10
6.3 Materialen die mogelijk in contact komen met de patiënt	5	13.5.3 De pasvorm van de prothese controleren	10
6.4 Accessoires	6	13.6 De sizer disk gebruiken	10
6.5 Andere hulpmiddelen die in combinatie met het hulpmiddel kunnen worden gebruikt	6	13.7 De Malleus Handle Cavity Bending Pliers gebruiken.....	11
7 Beoogd gebruik	6	13.8 De prothese verwijderen.....	11
7.1 Gebruiksdoel	6	14 Nazorg	11
7.2 Indicaties	6	15 Instructie voor de patiënt	11
7.3 Contra-indicaties.....	6	16 Verwijdering.....	11
7.4 Patiëntendoelgroep	7	17 Specificaties	12
7.5 Beoogde gebruiker.....	7	17.1 Tympanoplastiekprothesen	12
7.6 Verwachte levensduur	7	17.2 Accessoires	13
7.7 Beoogde gebruikslocatie	7	17.3 Compatibiliteit	13
8 Verwacht klinisch voordeel.....	7		

1 Over dit document

1.1 Symboolverklaring

Symbool	Beschrijving
	Voorzichtig: Lees de gebruiksaanwijzing
	Voorzichtig!
	Breekbaar; voorzichtig behandelen
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	Niet blootstellen aan direct zonlicht
	Droog houden
	Uiterlijke houdbaarheidsdatum
	Gesteriliseerd middels bestraling
	Niet hergebruiken
	Niet hersteriliseren
	Enkelvoudig steriel barrièresysteem
	Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende binnenverpakking
	Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende buitenverpakking
	MR-voorwaardelijk
	Medisch hulpmiddel
	Artikelnummer
	Batchcode
	Unieke hulpmiddelidentificatie (UDI)
	HIBC: Health Industry Barcode (barcode gezondheidszorg)
	Aantal stuks per verpakkingseenheid
	Producent
	Fabricagedatum
	(VS) Let op: Volgens de federale wetgeving mag dit artikel alleen door of in opdracht van een arts verkocht worden.
	Lees de gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing voor dit product is in elektronische vorm beschikbaar (e-labeling).
	Naam patiënt
	Implantatiedatum
	Naam van de implanterende instelling / zorgverlener
	Website met patiënteninformatie
	Grüner Punkt: Dubbel recyclingsysteem in Duitsland

Tab. 1: Beschrijving van de gebruikte symbolen

1.2 Veiligheidsmarkeringen

⚠ WAARSCHUWING

Als deze niet in acht worden genomen, heeft dit mogelijk zware verwondingen, ernstige gevolgen voor de algehele gezondheid of de dood van de patiënt, gebruiker of een derde partij tot gevolg.

AANWIJZING

Productschade of andere schade kan optreden als de aanwijzingen niet worden nageleefd.

1.3 Aanvullende informatie

Downloadkoppeling voor deze gebruiksaanwijzing: ¹⁾	www.kurzmed.com/en/ifu/tym2.html
Downloadkoppeling voor het informatiedocument voor patiënten: ¹⁾	www.kurzmed.com/en/pi/tym.html
Samenvatting van de veiligheids- en klinische prestaties (SSCP): ¹⁾	https://ec.europa.eu/tools/eudamed Om naar de productspecifieke SSCP te zoeken, voert u de basis-UDI-DI van het product in.
Basis UDI-DI (hulpmiddelidentificatie):	++EHKM0017D
Disclaimer voor de beschikbaarheid van de SSCP	In het algemeen geldt: De SSCP wordt pas beschikbaar nadat het product is geautoriseerd in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2017/745 (verordening betreffende medische hulpmiddelen). De hier beschreven implementatie is niet van toepassing tot het moment van inwerkingtreding van de overeenkomstige module van de Eudamed-databank. Tot dat moment is de SSCP beschikbaar via de volgende downloadkoppeling: www.kurzmed.com/en/sscp/tym.html
Internationale adressen:	https://www.kurzmed.com/en/contact.html

¹⁾ Wordt doorlopend bijgewerkt.

1.4 Veiligheidsgerelateerde wijzigingen

Documentnummer	Datum van uitgave	Wijzigingen
0005952_01	2024-10	Volledige revisie
0005952_02	2024-11	Geen

2 Belangrijke veiligheidsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Volg de gebruiksaanwijzing en bewaar deze. Anders heeft dit risico's voor de gezondheid van de patiënt tot gevolg.
- Het product mag niet worden gedemonteerd of gemodificeerd. Anders heeft dit risico's voor de gezondheid van de patiënt tot gevolg.

LET OP: Als er een ernstig incident heeft plaatsgevonden dat is gerelateerd aan het apparaat, moet het incident worden gerapporteerd aan de producent en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt woont.

3 Artikelnummers

[► Specificaties, Pagina 12]

4 Inhoud van de verpakking

Tympanoplastiekprothese	1 x tympanoplastiekprothese 1 x implantaatkaart 4 x productlabel
AC Sizer System Total (accessoire)	10 x sizer disk
Malleus Handle Cavity Bending Pliers (Accessoires)	1 x buigtang 1 x herverwerkingsinstructies

5 Verpakking en steriliteit

Tympanoplastiekprothese	Het product is steriel (gesteriliseerd met behulp van straling). Verpakking: Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende binnenverpakking (prothese in een plastic driehoekige doos en een harde blisterverpakking) + buitenverpakking (vouwdoos)
AC Sizer System Total (accessoire)	Het product is steriel (gesteriliseerd met behulp van straling). Verpakking: Eenvoudig steriel barrièresysteem + buitenverpakking (vouwdoos)
Malleus Handle Cavity Bending Pliers (accessoire)	Dit product is niet steriel. Verpakking: Zakje met ziplock + buitenverpakking (vouwdoos)


6 Productbeschrijving

6.1 Algemene informatie



Afb. 1: AERIAL-type volledige prothesen, van links naar rechts: TTP-Tuebingen AERIAL Total, Duesseldorf AERIAL Total, MunichLMU AERIAL Total, MNP Malleus Notch Total

- A Gefenestreerde kopplaat
- B Schacht
- C Voet: Stempel, hol
- D Gefenestreerde kopplaat met gebogen verlenging om plaats te bieden aan de malleussteel



- A Gefenestreerde kopplaat met 2 uitsparingen. De uitsparingen geven de oriëntatie van de voet aan.
- B Voet: Stempel, massief, vergroot, ovaal

Afb. 2: Regensburg Total-type volledige prothese

[► Specificaties, Pagina 12]

Accessoires: [► Accessoires, Pagina 6]

6.2 Structuur en gebruik

Tympanoplastiekprothese	Prothesen die worden ingebracht om middenoorstructuren die betrokken zijn bij de geleiding van geluid geheel of gedeeltelijk te vervangen.
AC Sizer System Total (accessoire) [► Accessoires, Pagina 6]	Set afneembare dummyprothesen gemonteerd op een schijf, elk in maat overeenkomend met een van de beschikbare tympanoplastiekprothesen. De dummyprothesen worden gebruikt om de benodigde maat van de tympanoplastiekprothese te bepalen.
Malleus Handle Cavity Bending Pliers (accessoire) [► Accessoires, Pagina 6]	Een handinstrument dat mechanische kracht gebruikt om een holle inkeping in de kopplaat van de prothese te maken.

6.3 Materialen die mogelijk in contact komen met de patiënt

In de onderstaande tabel staan alle implantaatmaterialen waarmee de gebruiker of patiënt in contact kan komen tijdens het gebruik.

Product (onderdeel)	Materiaal	Contactpersoon
Tympanoplastiekprothese	100% titanium	Patiënt

AC Sizer System Total: [► Specificaties, Pagina 12]

Niet van natuurrubber gemaakt.

Tijdens het productieproces worden geen producten gebruikt die van natuurrubber zijn gemaakt.

LET OP: Gebruik het product niet als de patiënt bekende overgevoeligheden/allergieën heeft voor de te gebruiken materialen.

6.4 Accessoires

AC Sizer System Total (accessoire)		[▶ De sizer disk gebruiken, Pagina 10]
Malleus Handle Cavity Bending Pliers (accessoire)		[▶ De Malleus Handle Cavity Bending Pliers gebruiken, Pagina 11]

[▶ Specificaties, Pagina 12]

Andere accessoires (afzonderlijke gebruiksaanwijzing):

- KURZ Precise Kraakbeenmessenset (REF 8000 155)
- Kraakbeenponsset (REF 8000 200)
- Kraakbeentang Schimanski-ontwerp (REF 8000 193)

6.5 Andere hulpmiddelen die in combinatie met het hulpmiddel kunnen worden gebruikt

Sommige tympanoplastiekprothesen zijn compatibel met andere KURZ-producten. [▶ Compatibiliteit, Pagina 13]

Afgezien van deze en met uitzondering van de apparatuur en materialen die nodig zijn voor implantatie, is het product niet bedoeld om samen met andere producten te worden gebruikt.

7 Beoogd gebruik

7.1 Gebruiksdoel

Tympanoplastiekprothese	KURZ-middenoorprothesen zijn bedoeld voor de gedeeltelijke of volledige chirurgische vervanging van de ossculaire keten van het menselijk middenoor. Het doel is het herstel van de mechanische overdracht van geluid van het trommelvlies naar het ovale venster van het slakkenhuis met zo min mogelijk aantasting van het gehoor.
AC Sizer System Total (accessoire)	De AC Sizer System Total is een passief, steriel hulpmiddel voor eenmalig gebruik. De sizer wordt gebruikt voor intraoperatieve en chirurgisch invasieve bepaling van de lengte van de volledige KURZ tympanoplastiekprothesen door de sizer tijdelijk in de implantatieplaats in te brengen.
Malleus Handle Cavity Bending Pliers (accessoire)	De Malleus Handle Cavity Bending Pliers is een passief, herbruikbaar instrument dat intraoperatief en niet-invasief wordt gebruikt om een optionele malleussteelholte in de kopplaat van een KURZ tympanoplastiekprothese (TTP-Tuebingen, Duesseldorf) te buigen

7.2 Indicaties

- Chronische otitis media met functionele beschadiging van de ossculaire keten
- Traumatisch letsel aan de ossculaire keten
- Aangeboren afwijkingen van het middenoor
- Revisiechirurgie vanwege onvoldoende gehoorverbetering (bijv. door dislocatie van een eerder geïmplanteerde prothese)

7.3 Contra-indicaties

- Bekende overgevoeligheid of allergie voor titanium
- Complicaties of restverschijnselen van niet opgeloste otitis media, zoals een intracranieel abces, meningitis, trombose van de sinus lateralis, maligniteiten of patiëntspecifieke systemische aandoeningen
- Acute middenoorontsteking
- Slechte wondgenezing

7.4 Patiëntendoelgroep

Het product is geschikt voor gebruik bij de volgende patiëntengroepen:

- Kinderen en jongeren
- Volwassenen
- Patiënten van alle genders

7.5 Beoogde gebruiker

De beoogde gebruiker is een arts die ervaring heeft met de behandeling van soortgelijke gevallen met dit product of met vergelijkbare producten, of een arts met de volgende specialisatie:

- ENT (otorinolaryngologie)

7.6 Verwachte levensduur

Tympanoplastiekprothese	Geen productspecifieke beperkingen. Regelmatige controle-onderzoeken zijn noodzakelijk.
AC Sizer System Total (accessoire)	Product voor eenmalig gebruik – de levensduur komt overeen met de duur van de procedure.
Malleus Handle Cavity Bending Pliers (accessoire)	Regelmatige herverwerking heeft weinig invloed op deze instrumenten. Het einde van de levensduur van een product wordt gewoonlijk gebaseerd op slijtage en schade door gebruik. Raadpleeg de instructies voor herverwerking.

7.7 Beoogde gebruikslocatie

- Operatiekamer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om per geval te bepalen welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen voor complicaties die kunnen optreden.

8 Verwacht klinisch voordeel

Volgens de klinische evaluatie kan het product veilig en effectief worden gebruikt voor de behandeling op basis van de vermelde indicaties.

9 Mogelijke complicaties en bijwerkingen

- Verschuiving van het implantaat
- Extrusie van het implantaat
- Lateralisatie van het implantaat
- Sensorineuraal gehoorverlies
- Infectie
- Duizeligheid
- Periprothetische fibrose
- Periprothetische cholesteatoomvorming

10 Combineren met andere procedures

Tympanoplastiekprothesen:

WAARSCHUWING

- Laserbehandeling, behandeling met argonplasma, hoogfrequente chirurgie en andere procedures waarvan het effect het gevolg is van warmte: Pas deze methodes niet direct op het product toe.
Dit kan namelijk leiden tot weefsel- en productschade.
- Stel de patiënt niet bloot aan microgolfstraling.
Anders ontstaan er risico's voor de gezondheid van de patiënt.
- Het product is in beperkte mate MRI-bestendig. Het product mag uitsluitend conform de specificaties in MRI-omgevingen worden gebruikt.
De mogelijke gevolgen van het niet in overeenstemming met de specificaties gebruiken van het product in MRI-omgevingen zijn onder andere: Opwarming van het product, elektromagnetische ontladingen, gevolgschade door krachtinwerking op het product, verstoring van de beelden (ook in omliggend weefsel).

Belangrijke informatie over MRI vindt u op:

<http://www.kurzmed.com/de/mr-information.html>

11 Houdbaarheid en opslag

Zie productlabel voor de houdbaarheidsdatum.

Product bewaren in ongeopende originele verpakking.

Bewaar het product op een droge plaats en bescherm het tegen zonlicht.

12 Herverwerking

Tympanoplastiekprothesen, AC sizer-systeem:

⚠ WAARSCHUWING

- Product voor eenmalig gebruik: Product niet herverwerken (bijv. reinigen, desinfecteren, steriliseren), hersteriliseren of hergebruiken.
Alleen zo kunnen asepsis en de werking van het product worden gegarandeerd. Vanwege de mechanische eigenschappen van het product, kunnen herverwerking of hersterilisatie leiden tot degradatie van het materiaal.

Malleus Handle Cavity Bending Pliers:

⚠ WAARSCHUWING

- Dit product is niet steriel. Het product dient te worden herverwerkt vóór het eerste en elk volgende gebruik.
Alleen zo kunnen asepsis en de werking van het product worden gegarandeerd. Voer de herverwerking uit in overeenstemming met de herverwerkingsinstructies.

13 Gebruiksaanwijzingen

⚠ WAARSCHUWING

- Product niet gebruiken als de verpakking of het product is beschadigd, of de houdbaarheidsdatum is overschreden.
Alleen zo kunnen asepsis en de werking van het product worden gegarandeerd.
- Haal het product pas kort voor gebruik uit de bewaarverpakking. Zodra het product uit de verpakking is gehaald, moeten de relevante hygiënevoorschriften in acht worden genomen.
Anders ontstaan er risico's voor de gezondheid van de patiënt.

AANWIJZING

- Pak de prothese altijd vast, verplaats en manipuleer deze met een geschikt afzuigapparaat of met een geschikte tang of pincet. Houd de prothese altijd bij de kopplaat vast om deze vast te pakken en te verplaatsen. Zorg ervoor dat de schacht van de prothese niet per ongeluk vervormd wordt en dat de prothese niet op een andere manier beschadigd raakt.
Anders functioneert de prothese mogelijk niet naar behoren.

Houd de hygiënische / steriele vereisten die voor de ingreep noodzakelijk zijn, in stand.

Het wordt ingebracht als onderdeel van een type III tympanoplastiek (ossiculaire reconstructie).

Voer de ingreep uit onder passende visuele supervisie.

13.1 Benodigde uitrusting en materialen

Net als bij een type III tympanoplastiek.

De producent raadt aan om de volgende producten te gebruiken:

- AC Sizer System Total
- KURZ Malleus Handle Cavity Bending Pliers (indien vereist voor: TTP-Tuebingen AERIAL Total / Dueseldorf AERIAL Total)
- KURZ Precise Kraakbeenmessenset (REF 8000 155)
- Kraakbeentang Schimanski-ontwerp (REF 8000 193)
- Kraakbeenponsset (REF 8000 200)

13.2 Voorbereiding van de patiënt

Net als bij een type III tympanoplastiek.

Endaurale of retroauriculaire toegang tot het middenoor.


13.3 De prothese kiezen

Kies de lengte van de prothese altijd in overeenstemming met de anatomische en functionele omstandigheden om een goed hoorresultaat te bereiken en complicaties te voorkomen. [▶De sizer disk gebruiken, Pagina 10]

Indien van toepassing: Houd in dit proces rekening met de dikte van de graft om de kopplaat van de prothese te bedekken.

Bij gebruik van de OMEGA CONNECTOR: Houd ook rekening met de functionele lengte van de OMEGA CONNECTOR (0,5 mm).

13.4 De prothese voorbereiden




1. Open de steriele verpakking.
2. Breng druppels steriele zoutoplossing aan in de openingen van de beschermende verpakking. Zorg er hierbij voor dat de perforaties in het deksel ook bedekt zijn met zoutoplossing, zodat de vloeistof door de beschermende verpakking kan dringen.
3. Verwijder de prothese voorzichtig uit de beschermende verpakking. LET OP: Pak de prothese niet vast bij de schacht om buigen van de prothese te voorkomen.

13.5 De prothese plaatsen

13.5.1 De prothese op de voetplaat van de stapes aanbrengen

Bij gebruik van de OMEGA CONNECTOR: Neem ook de gebruiksaanwijzing van de OMEGA CONNECTOR in acht.




1. Plaats de prothesesteel in het midden op de voetplaat van de stapes.
2. Het volgende is van toepassing op de Regensburg Total: Positioneer de prothese zodanig dat de uitsparingen op de kopplaat naar de basis van de crura van de stapes zijn gericht. De uitsparingen geven de oriëntatie van de voet van de prothese aan.
3. Optioneel: Gebruik een kraakbeenschoen (kraakbeenplaat in een bepaalde maat en vorm met een gat in het midden) om de basis van de prothese te stabiliseren. Gebruik de KURZ kraakbeenpons (REF 8000200) om de kraakbeenvertoning te maken (niet compatibel met Regensburg Total).
4. Positioneer de prothese op de voetplaat van de stapes. LET OP: Zorg ervoor dat de prothese stevig op de voetplaat van de stapes zit.
5. Pas indien nodig de vorm van de prothese zorgvuldig aan de anatomische structuren aan. Buig hiervoor de schacht voorzichtig.

Verbind vervolgens de kopplaat van de prothese met het trommelvlies/de malleussteel.


13.5.2 De kopplaat met het trommelvlies/de malleussteel verbinden

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de kopplaat van de prothese niet in direct contact komt met het trommelvlies. Bedek de kopplaat tegenover het trommelvlies met een graft.
- Anders bestaat er een risico op perforatie van het trommelvlies.



1. Plaats de graft (kraakbeenschijf, ongeveer 0,3 - 0,5 mm dik) op de kopplaat van de prothese. Zorg ervoor dat de graft de kopplaat volledig bedekt.




2. Verbind de kopplaat van de prothese met het trommelvlies/de malleussteel. TTP-Tuebingen AERIAL Total / Duessldorf AERIAL Total: Pas indien nodig de kopplaat van de prothese aan voor verbinding met de malleussteel. Gebruik hiervoor alleen de KURZMalleus Handle Cavity Bending Pliers. [▶ De Malleus Handle Cavity Bending Pliers gebruiken, Pagina 11]
3. MNP Malleus Notch Total: Verbind het gebogen verlengstuk van de kopplaat met de malleussteel.

Controleer vervolgens de pasvorm van de prothese.


13.5.3 De pasvorm van de prothese controleren

1. Controleer of de prothese spanning veroorzaakt op het trommelvlies. Als dit het geval is: Verwijder de geïmplanteerde prothese en vervang deze door een kortere prothese.
2. Als de gebruikte prothese te kort is: Verwijder de geïmplanteerde prothese en vervang deze door een langere prothese.
3. Sluit de toegang tot het middenoor.


13.6 De sizer disk gebruiken



Afb. 3: AC Sizer System Total: 8 afneembare sizers van verschillende lengtes, met maataanduiding



1. Houd de geselecteerde sizer vast met een geschikt microchirurgisch instrument (bijv. een afzuigapparaat) en knip af met een microschaar.



2. Plaats de voet van de sizer op de voetplaat van de stapes.
LET OP: De maatspecificatie komt overeen met de absolute lengte van de desbetreffende sizer.
Houd rekening met de dikte van de graft bij het bepalen van de benodigde lengte. Bij gebruik van de OMEGA CONNECTOR: Houd ook rekening met de functionele lengte van de OMEGA CONNECTOR (0,5 mm).
3. Verwijder de sizer na gebruik uit het middenoor.


LET OP: Sizers worden uitsluitend gebruikt om de benodigde protheselengte te bepalen en zijn niet bedoeld voor implantatie.

13.7 De Malleus Handle Cavity Bending Pliers gebruiken

[►Compatibiliteit, Pagina 13]



1. Pak de prothese vast met een dunne pincet en schuif de voet van de prothese in de uitsparing op de onderste arm van de buigtang. De kopplaat van de prothese is naar boven gericht. De korte kant van de kopplaat ligt vlak.



2. Sluit de buigtang. Druk hierbij voorzichtig met uw vinger tegen de voorkant van de buigtang om te voorkomen dat de prothese wegglijdt. De kruisbeugel drukt de prothese in de groef en vormt zo de uitsparing voor de malleussteel in de prothese.

3. Open de buigtang en verwijder de prothese met de pincet. Als de schacht van de prothese vervormd is: Buig de schacht terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

13.8 De prothese verwijderen

De prothese is bedoeld om in het lichaam te blijven. Mocht het echter toch nodig zijn om de prothese te verwijderen:

Voordat u de prothese verwijdert: Maak de hechtingen los.

Nazorg wordt door de behandelend arts bepaald.

14 Nazorg

- Controle-onderzoeken vinden plaats in overeenstemming met beoordeling door de behandelend arts

15 Instructie voor de patiënt

De instructies voor de patiënt moeten er als volgt uitzien:

⚠ WAARSCHUWING

- Bescherm de gehoorgang tegen het binnendringen van water.
Anders kan dit leiden tot ontsteking/infectie van de tympanische holte.
- Vermijd sterke schommelingen in de omgevingsdruk (bijv. duiken, in het water duiken met het hoofd eerst, explosies).
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel aan het trommelvlies/de oorschelpen, wat kan leiden tot gehoor- en evenwichtsstoornissen.

BELANGRIJK: Informeer de patiënt ook over de gevolgen van combineren met andere procedures.

[►Combineren met andere procedures, Pagina 7]

Implantaatkaart

LET OP: Vul de implantaatkaart in en geef deze aan de patiënt.

Plak een van de productetiketten in het daarvoor bestemde vakje op de implantaatkaart. Vul alle andere vakken in.

De implantaatkaart moet worden getoond bij elk radiologische onderzoek.

16 Verwijdering





⚠ WAARSCHUWING


- Het product is in contact geweest met mogelijk infectueuze stoffen van menselijke oorsprong. Reinig / verpak het product voor het verwijderen, conform het specifieke besmettingsgevaar.
Anders bestaat er een risico van infectie voor de gebruiker en derden.

Verwijdering dient plaats te vinden conform de nationale richtlijnen voor verwijdering en de betreffende risicoklasse.

17 Specificaties

17.1 Tympanoplastiekprothesen

TPP-Tuebingen AERIAL Total	REF	L [mm]	REF	L [mm]	Afmetingen
	1004 234	3.0	1004 241	4.75	Gefenestreeerde kopplaat Voet: Stempel, hol
	1004 235	3.25	1004 242	5.0	
	1004 236	3.5	1004 243	5.25	
	1004 237	3.75	1004 244	5.5	
	1004 238	4.0	1004 246	6.0	
	1004 239	4.25	1004 248	6.5	
	1004 240	4.5	1004 249	7.0	
Duesseldorf AERIAL Total	REF	L [mm]	REF	L [mm]	Afmetingen
	1004 034	3.0	1004 041	4.75	Gefenestreeerde kopplaat Voet: Stempel, hol
	1004 035	3.25	1004 042	5.0	
	1004 036	3.5	1004 043	5.25	
	1004 037	3.75	1004 044	5.5	
	1004 038	4.0	1004 046	6.0	
	1004 039	4.25	1004 048	6.5	
	1004 040	4.5	1004 049	7.0	
MunichLMU AERIAL Total	REF	L [mm]	REF	L [mm]	Afmetingen
	1004 074	3.0	1004 081	4.75	Gefenestreeerde kopplaat Voet: Stempel, hol
	1004 075	3.25	1004 082	5.0	
	1004 076	3.5	1004 083	5.25	
	1004 077	3.75	1004 084	5.5	
	1004 078	4.0	1004 086	6.0	
	1004 079	4.25	1004 088	6.5	
	1004 080	4.5	1004 089	7.0	
MNP Malleus Notch Total	REF	L [mm]	REF	L [mm]	Afmetingen
	1004 434	3.0	1004 441	4.75	Gefenestreeerde kopplaat met gebogen verlenging om plaats te bieden aan de mal- leussteel Voet: Stempel, hol
	1004 435	3.25	1004 442	5.0	
	1004 436	3.5	1004 443	5.25	
	1004 437	3.75	1004 444	5.5	
	1004 438	4.0	1004 446	6.0	
	1004 439	4.25	1004 448	6.5	
	1004 440	4.5	1004 449	7.0	

Regensburg Total	REF	L [mm]	REF	L [mm]	Afmetingen
	1004 458	4.0	1004 461	4.75	Gefenestreeerde kopplaat met 2 uitsparingen. De uitsparingen geven de oriëntatie van de voet aan. Voet: Stempel, massief, vergroot, ovaal
	1004 459	4.25	1004 462	5.0	
	1004 460	4.5			

17.2 Accessoires

	Naam	Artikelnummer	Materiaal	Afmetingen
	Malleus Handle Cavity Bending Pliers (Malleus Handle Cavity Bending Pliers)	8000109	Roestvrij staal, topkwaliteit	Geschikt voor herverwerking
	AC Sizer System Total (10 x sizer disk)	8000550	Plastic	Per sizer disk: 8 sizers (3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 mm)

17.3 Compatibiliteit

	AC Sizer System Total REF 8000550	Malleus Handle Cavity Bending Pliers REF 8000109	MRP Malleus Replacement REF 1006960	OMEGA CONNECTOR REF 1004930
TPP-Tuebingen AERIAL Total	Ja	Ja	Ja ¹⁾	Ja
Duesseldorf AERIAL Total	Ja	Ja	Ja ¹⁾	Ja
MunichLMU AERIAL Total	Ja	Nee	Nee	Ja
MNP Malleus Notch Total	Ja	Nee	Ja	Ja
Regensburg Total	Ja	Nee	Nee	Nee
¹⁾ De Malleus Handle Cavity Bending Pliers gebruiken na het aanpassen van de kopplaat				